

**Διευκρινίσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών στα πλαίσια του έργου ΔΩΡΕΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Ε.ΚΕ.Β.Ε. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ**

Στο είδος Α.9 στο σημείο 3 των προδιαγραφών αντί για τέσσερις (4)εσωτερικές πόρτες θέλουμε μία(1) πόρτα.

Στο είδος Α.13 η συνολική χωρητικότητα θα πρέπει να είναι περίπου 400 λίτρα.

Το είδος Α.20 να είναι συμβατό με το Α.21

Το είδος Α.14 να είναι συμβατό με το Α.20 και Α.21

Στο είδος Α.22 η φυγόκεντρος να είναι συμβατή κεφαλή/υποδοχέα που να δέχεται τουλάχιστον εικοσιτέσσερα (24) μικροσωληνάρια 1.5/2.0ml.

Επίσης στο Α.22 προαιρετικά να συνοδεύεται από ένα σετ πιπεττών .