



## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Το **Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»** στα πλαίσια του έργου «Infrafrontier-GR: Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό Χαρακτηρισμό και την Αρχαιοθέτηση Πρότυπων Γενοτύπων Θηλαστικών» με κωδικό MIS 423575, το οποίο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «03 - Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης» του Ε.Π. «Αττική» και η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) **προκηρύσσει** Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την **Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι 2.470,00€** πλέον ΦΠΑ (23%).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με την κείμενη κοινοτική και εθνική νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α'/2007), «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»
2. του Ν. 2286/95 «Βασικός νόμος προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 19 Α'/1995)
3. του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 Α'/2007)
4. των Άρθρων 79-85 του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α'/1995) που εφαρμόζονται συμπληρωματικά των διατάξεων του Ν.2286/95
5. του Ν.2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης σύμβασης, δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ» (ΦΕΚ 178 Α'/1997)
6. του Ν.1514/85 «Ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας» (ΦΕΚ 13 Α'/1985), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2919/2001
7. του Π.Δ. 93/95 (ΦΕΚ 57 Α' /1995) «Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμιγκ»
8. το Άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ Α' 202/2005) περί κατάθεσης παραβόλου για την υποβολή ενστάσεων.
9. το Άρθρο 25 του Ν.3614/07 (ΦΕΚ Α' 267/2007) περί υποχρέωσης υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τους λόγους αποκλεισμού του Άρθρου 45 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ



## ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια **εξοπλισμού εργαστηρίου για τη Μονάδα Φαινοτυπικού Χαρακτηρισμού του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ.**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 23%
1	Θερμοαντιδραστήρας	A.1	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	1.500,00€	345,00 €
2	Μικροσιφώνια -Pipette Set	A.2	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	300,00€	69,00 €
3	Μικροσιφώνι (pipette) μικρού όγκου (2μL)	A.3	ΤΕΜΑΧΙΑ	2	200,00€	46,00 €
4	8-κάναλο μικροσιφώνι 0,5-10μl	A.4	ΤΕΜΑΧΙΑ	1	470,00€	108,10 €
ΣΥΝΟΛΟ				5	<b>2.470,00€</b>	568,10 €
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ</b>					<b>3.038,10 €</b>	

Γίνονται δεκτές προσφορές για ένα η περισσότερα ή το σύνολο των δημοπρατούμενων αντικειμένων. Οι προσφορές θα κρίνονται ανά είδος.

**ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ** για την Προμήθεια **Εξοπλισμού Εργαστηρίου του ΕΚΕΒΕ Φλέμιγκ.**

Λοιπές πληροφορίες παρέχονται από το Ε.ΚΕ.Β.Ε. «Α. ΦΛΕΜΙΓΚ» κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Υπεύθυνος: Πέτρος Σκουλούδης, Γραφείο Προμηθειών, τηλ.: 210-9656310 εσωτ.226.

**Οι προσφορές πρέπει να τηρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στο Παράρτημα Α.**

**Ημερομηνία Δημοσίευσης στο Διαδίκτυο: 08/12/2015**

**Ημερομηνία Λήξης Παραλαβής Προσφορών: 15/12/2015 και ώρα 15:00**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### A.1. Θερμοαντιδραστήρας

---

1. Να έχει εύρος θερμοκρασίας από +5οC έως 100οC.
2. Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη.
3. Να έχει τη δυνατότητα εναλλαγής ποικίλων κεφαλών με θέσεις από 0,2ml tubes μέχρι 50ml tubes.
4. Επιθυμητό να περιέχει θέση για δύο ανεξάρτητες κεφαλές ή μια διπλή κεφαλή.
5. Επιθυμητό υλικό κατασκευής της βάσης της κεφαλής ο ανοξειδωτος χάλυβας.
6. Η ακρίβεια της θερμοκρασίας να είναι το μέγιστο +- 0,5C.
7. Να συμπεριλαμβάνει κεφαλή με χωρητικότητα 24 x 1.5ml tubes.
8. Να είναι ετοιμοπαράδοτο μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2015.
9. Να έχει δύο χρόνια εγγύηση από τον κατασκευαστή.
10. Να φέρει σήμανση CE.

### A.2. Μικροσιφώνια -Pipette Set

---

1. Σετ από μικροσιφώνια με χειροκίνητη ρύθμιση όγκου
2. Να μην διαθέτουν οθόνη ψηφιακών ενδείξεων.
3. Το σετ να διαθέτει μικροσιφώνια για τρεις διαφορετικούς όγκους:
  - Έως 20μL
  - Έως 200μL
  - Έως 1000μL
4. Να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής ρυγχών (tips) των αντίστοιχων όγκων από διάφορους οίκους προμηθευτών.
5. Να έχουν τη δυνατότητα αποσυναρμολόγησης, καθαρισμού και αποστείρωσης των μερών τους.
6. Να διαθέτει ISO8655 και CE IVD

### A.3. Μικροσιφώνι (pipette) μικρού όγκου (2μL)

---

1. Να διαθέτει χειροκίνητη ρύθμιση όγκου.
2. Να μην διαθέτει οθόνη ψηφιακών ενδείξεων.
3. Να ρυθμίζεται για όγκους 0.1-2μL.
4. Να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής ρυγχών (tips) του αντίστοιχου όγκου από διάφορους οίκους προμηθευτών.
5. Να έχει τη δυνατότητα αποσυναρμολόγησης, καθαρισμού και αποστείρωσης των μερών του.
6. Να διαθέτει ISO8655 και CE IVD

### A.4. 8-κάναλο μικροσιφώνι 0,5-10μl

---

1. Να διαθέτει χειροκίνητη ρύθμιση όγκου.
2. Να διαθέτει επιπλέον προσαρμοστές για σταθερούς όγκους.
3. Να μην διαθέτει οθόνη ψηφιακών ενδείξεων.
4. Να ρυθμίζεται για όγκους από 0,5 έως 10μl.



5. Να έχει τη δυνατότητα προσαρμογής ρυγχών (tips) του αντίστοιχου όγκου από διάφορους οίκους προμηθευτών.
6. Να έχει τη δυνατότητα αποσυναρμολόγησης, καθαρισμού και αποστείρωσης των μερών του.
7. Να διαθέτει ISO8655 και CE IVD